

LINEAR

High reliability, better precision
Alta fiabilidad, mejor precisión

- **Economical solution** for clinical diagnostics without compromising its reliability
- **Solución económica** para el diagnóstico clínico sin comprometer su fiabilidad
- **Ergonomic design** and soft ejector button assure a comfortable pipetting
- Un **diseño ergonómico** y un suave botón expulsor aseguran un comfortable pipeteo
- Individually calibrated to operate under **International standards** as EN ISO 8655 and IVD 98/79 EEC
- Calibradas individualmente para cumplir con los **estándares internacionales** como EN ISO 8655 e IVD 98/79 CEE
- Strict manufacturing quality controls allow extending the **warranty to 4 years**
- Estrictos controles de calidad en el proceso de fabricación permiten ofrecer **4 años de garantía**



Liquid handling
Pipettes / Pipetas



Plus-Sed

A LINEAR pipetting system

Main features

Accurate and easy to use
Lightweight
Ergonomic design
One-handed operation
Digital Display
Easy calibration
Low maintenance

Principales características

Precisa y de fácil uso
Ligera
Diseño ergonómico
Display Digital
Fácil calibración
Bajo mantenimiento

LINEAR

Linear Chemicals sl

Joaquim Costa, 18 pl.2
08390 Montgat • Spain
tel. +34 934 694 990
fax. +34 934 693 435
e-mail: info@linear.es
www.linear.es

Distributed by:
Distribuido por:

• SINGLE CHANNEL ADJUSTABLE VOLUME PIPETTES

Code	Volume Range	Increment	Volume	Inaccuracy (+/-)	Imprecision (+/-)
8000100	0.1 - 2.5 µL	0.05 µL	2.50 µL	2.50 %	2.00 %
			1.25 µL	3.00 %	3.00 %
			0.25 µL	12.00 %	6.00 %
8000105	0.5 - 10 µL	0.1 µL	10 µL	1.00 %	0.80 %
			5 µL	1.50 %	1.50 %
			1 µL	2.50 %	1.50 %
8000110	2 - 20 µL	0.5 µL	20 µL	0.90 %	0.40 %
			10 µL	1.20 %	1.00 %
			2 µL	3.00 %	2.00 %
8000115	5 - 50 µL	0.5 µL	50 µL	0.60 %	0.30 %
			25 µL	0.90 %	0.60 %
			5 µL	2.00 %	2.00 %
8000120	10 - 100 µL	1 µL	100 µL	0.80 %	0.15 %
			50 µL	1.00 %	0.40 %
			10 µL	3.00 %	1.50 %
8000125	20 - 200 µL	1 µL	200 µL	0.60 %	0.15 %
			100 µL	0.80 %	0.30 %
			20 µL	3.00 %	1.00 %
8000130	50 - 200 µL	1 µL	200 µL	0.60 %	0.15 %
			100 µL	0.80 %	0.30 %
			50 µL	1.00 %	0.40 %
8000135	100 - 1000 µL	5 µL	1000 µL	0.60 %	0.20 %
			500 µL	0.70 %	0.25 %
			100 µL	2.00 %	0.70 %
8000140	200 - 1000 µL	5 µL	1000 µL	0.60 %	0.20 %
			500 µL	0.70 %	0.25 %
			200 µL	0.90 %	0.30 %
8000145	1000 - 5000 µL	50 µL	5 µL	0.50 %	0.15 %
			2.5 µL	0.60 %	0.30 %
			1 µL	0.70 %	0.30 %
8000300	Pipette Set (5-50 µL, 10-100 µL, 100-1000 µL)				

• SINGLE CHANNEL FIXED VOLUME PIPETTES

Code	Volume	Inaccuracy (+/-)	Imprecision(+/-)
8000200	5 µL	1.30 %	1.20 %
8000205	10 µL	0.80 %	0.80 %
8000210	20 µL	0.60 %	0.50 %
8000215	25 µL	0.50 %	0.30 %
8000220	50 µL	0.50 %	0.30 %
8000225	100 µL	0.50 %	0.30 %
8000230	200 µL	0.40 %	0.20 %
8000235	250 µL	0.40 %	0.20 %
8000240	500 µL	0.30 %	0.20 %
8000245	1000 µL	0.30 %	0.20 %
8000250	2000 µL	0.30 %	0.15 %
8000255	5000 µL	0.30 %	0.15 %

• 8 CHANNEL ADJUSTABLE VOLUME PIPETTES

Code	Volume Range	Increment	Volume	Inaccuracy (+/-)	Imprecision (+/-)
8000400	0.5-10 µL	0.1 µL	10 µL	1.50 %	1.50 %
			5 µL	2.50 %	2.50 %
			1 µL	4.00 %	4.00 %
8000405	5-50 µL	0.5 µL	50 µL	1.00 %	0.50 %
			25 µL	1.50 %	1.00 %
			5 µL	3.00 %	2.00 %
8000410	50-300 µL	5 µL	300 µL	0.70 %	0.25 %
			150 µL	1.00 %	0.50 %
			50 µL	1.50 %	0.80 %

• 12 CHANNEL ADJUSTABLE VOLUME PIPETTES

Code	Volume Range	Increment	Volume	Inaccuracy (+/-)	Imprecision(+/-)
8000420	0.5-10 µL	0.1 µL	10 µL	1.50 %	1.50 %
			5 µL	2.50 %	2.50 %
			1 µL	4.00 %	4.00 %
8000425	5-50 µL	0.5 µL	50 µL	1.00 %	0.50 %
			25 µL	1.50 %	1.00 %
			5 µL	3.00 %	2.00 %
8000430	50-300 µL	5 µL	300 µL	0.70 %	0.25 %
			150 µL	1.00 %	0.50 %
			50 µL	1.50 %	0.80 %